

## Manyetik Rezonans (MR) Tetkiki Bilgi ve Hazırlık Formu

Randevu tarihi: ..... / ..... / .....

Saat: .....

Aşağıdaki maddelerin okunması ve uyarıların dikkate alınması tetkikinizin rahatlığı bakımından gerekmektedir.

- MR tetkiki manyetik alan içerisinde yapılmaktadır. Bu nedenle inceleme odasına giren hasta ve refakatçi açısından sakıncalı olabilecek haller aşağıda belirtilmiştir.  
- Kalp pili – Kalp kapakçığı – Anevrizma klipsi – Vücut içi materyal ve klipsler – İşitme cihazı – Diş protezi – Kulak implantı – Vücut içi kurşun ve saçma parçaları.
- MR incelemesinin gebelikte bilinen bir zararı yoktur. Ancak ana rahmindeki bebeğe yıllar sonra bir etkisi olup olmadığının önceden saptanması imkansız olduğundan gebelik durumlarında hasta onayı gerekmektedir.
- Tetkik sırasında hareketsiz durmanız gerekmektedir. Çekim sırasında cihazın çalışması nedeniyle bazı gürültülü sesler duyacaksınız. Teknik personel çekim sırasında çekim süresince sizi izlemektedir. Gerekirse tetkik odasına uygun refakatçi girebilir. Tetkik türüne göre yaklaşık 15-60 dk. sürebilir.
- Tetkik raporunun yazılması çekimden ve filmler çıktıktan sonra uzman radyolog doktorlar tarafından yapılmakta, bu sebeple sonuçlar daha sonra verilmektedir (Normalden bir gün sonra). Bazı hallerde bazı bölgelerin daha ayrıntılı incelenmesi için tekrar çağırılabilirsiniz. Bazı tetkikler damardan kontrast madde verilerek yapılmaktadır. Damardan verilen ilaç tedavi amaçlı değil görüntülemenin amacıyla ilgilidir. Allerji yapma riski diğer ilaçlara oranlar çok düşüktür. Ancak bilinen allerji öyküsü bulunan hastaların önceden bildirmesi önerilir.
- Randevu günü işlemler ve diğer hazırlıklar için randevu saatinizden yaklaşık 15 dk. önce geliniz, bazı günlerde önceden bilinmeyen teknik sebepler veya acil ve hayati tehlike taşınan hastalar nedeniyle randevularda gecikme olabilmektedir.
- Daha önce yaptırdığınız tetkikleri beraberinizde getiriniz. Getirdiğiniz tetkikler gerek görülürse sizden alınacak ve daha sonra size rapor ve filmlerle birlikte geri verilecektir.

**DİKKAT:** Hasta ve refakatçinin güvenliği ve tetkikin kalitesi için:  
İnceleme öncesi üzerinden çıkarılması gereken eşyalar,

- Anahtar, makas, bozuk para v.s gibi metaller,
- Silah, çakı v.s aletler,
- Cep telefonu, kredi kartı, telefon kartı,
- Kolye, küpe, saç tokası, çıkabilir diş protezi, işitme cihazı,
- Metalik parçalı giyim eşyası (sadece hasta için) fermuar, sütyen, madeni düğmeler.

- Çekimin yapılabilmesi için hareket edilmemesi gerektiğinden, bilinci yerinde olmayan, sürekli hareket eden veya bilinç bulanıklığı yaşayan hastaların tetkik öncesinde bildirilmesi gerekir. Anlaşmalı olduğumuz kurum sevkinde eksiklik olması durumunda bu kurumlar sevki geçersiz saymakta ve tetkik ücretlerini kesinlikle ödememektedirler, bu sebeple eksik evrakların tamamlanması gerekmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.